
FIZJOCENTRUM
KIEDY FIZJOTERAPIA JEST PASJĄ

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Fizjocentrum PL • Wałbrzych
ul. 1-go Maja 62A • fizjocentrum.pl

Szyna CPM Kinetec

Bierne zginanie i prostowanie kolana



Karta ogólna dla szyny kolanowej. Model: .....

1 **Przygotuj szynę**

Ustaw urządzenie stabilnie na łóżku. Dopasowanie długości podpór do nogi powinien pokazać fizjoterapeuta.

2 **Ułóż nogę**

Połóż się wygodnie. Udo, podudzie i stopa powinny być podparte jak podczas instruktażu. Miej pilot zawsze pod ręką.

3 **Sprawdź ustawienia**

Przed startem porównaj zakres ruchu, prędkość i czas z zaleceniami. Nie zwiększaj samodzielnie kątów.

4 **Uruchom ruch**

Włącz START. Rozluźnij nogę; urządzenie porusza nią biernie. Przycisk STOP zatrzymuje ruch.

5 **Zakończ**

Zatrzymaj szynę przed wyjęciem nogi. Wyłącz zasilanie; przed czyszczeniem odłącz przewód. Nie zalewaj urządzenia.

WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przerwij przy nasilającym się bólu, drętwieniu lub zsuwaniu nogi. Zgłoś problem fizjoterapeucie. Nie używaj uszkodzonego sprzętu. Zakres po operacji zawsze musi uwzględniać ograniczenia operatora.

TWOJE ZALECENIA • uzupełnia osoba prowadząca

Wyprost: .....° Zgięcie: .....° Prędkość: .....

Czas: ..... min Sesje/dzień: ..... Okres: .....

Pacjent: ..... Data / osoba prowadząca: .....

Karta skrócona po instruktażu. Nie zastępuje instrukcji producenta ani indywidualnego zlecenia. Przed wydaniem sprawdź zgodność z modelem i uzupełnij zalecenia.

Kinetec Spectra - instrukcja producenta, rozdziały: bezpieczeństwo, pilot, ułożenie pacjenta.

Pełna instrukcja / informacje producenta →